

离心机（高速冷冻离心机）使用反馈报告

文件编号: JTS/FK01

产品型号	TGL16MS	显示型式	5寸高清触摸屏	出厂编号	
使用客户	中南大学基础医学院		客户联络人及联系方式	杨景 13873143227	
反馈时间	2023. 6. 12		反馈人员及联系方式	杨景 13873143227	
已使用时间		7个月: 2022. 11. 12~2023. 6. 12			
一、试用内容与方法					
1	离心对象:				
2	单次离心量: 48x1.5ml--4x500ml				
3	离心速度: 4000rpm、8000rpm、12000rpm、16000rpm				
4	单次离心时间: 5min~60min				
5	离心温度: 4℃、6℃、9℃、15℃				
6	离心频次: 5~10次/天				
7	离心工作环境温度: 15~30℃				
二、用户评价与建议					
1	外形简洁大方, 布局合理, 整机结构紧凑沉稳;				
2	全触屏界面操作简洁、显示直观、简单易用;				
3	制冷效果很好, 大容量转子在其最高转速下运行也能在短时间内达到4℃;				
4	在半年的使用过程中离心作业平稳安静, 每次均离心成功, 暂未出现离心故障;				
5	安全防护等级高, 整机振动极小, 操作踏实放心;				
6	外形简洁大方, 布局合理, 整机结构紧凑沉稳;				
7	客户建议: 可大力推广使用该机型。				
客户整体满意度		满意	对接人		